

english**MiniSpacer® Dual Spray Metered Dose Inhaler Adapter**

With Counter Incrementing Actuator
Bi-Directional Spray and Cap
15 mm O.D. / 15 mm I.D. ISO Connections

INDICATIONS FOR USE

Model number 1543A is a single patient, disposable device for dispensing pressurized metered dose inhaler (pMDI) medication into a breathing circuit, as prescribed by a physician or other licensed health care practitioner. The device is indicated for patients on a breathing circuit, for whom aerosol medication has been prescribed, in short and long term critical care environments. REF 1543A is intended for use only when connected to a 15 mm fitting.

DIRECTIONS FOR USE**Installing the MINISPACER Adapter in the Patient Circuit**

1. Remove the MINISPACER adapter from package.
2. Install the MINISPACER device in the patient circuit as indicated here or according to facility guidelines:
 - For a 22 mm circuit, install the MINISPACER between the patient wye and endotracheal tube.
 - For a 15 mm circuit, install the MINISPACER between the patient wye and the inspiratory limb of the patient circuit.

CAUTION : Ensure the device is securely installed before use.

NOTE : When correctly installed, the MINISPACER MDI port will be vertical and the pMDI canister will point downward during treatment.

3. Place the cap firmly on the MINISPACER port.

Administering MDI medication via the MINISPACER Adapter

1. Uncap the MINISPACER MDI port.
2. Insert the MDI canister stem into the MINISPACER port.
- NOTE : If canister stem features a dose-counting mechanism in the tip, align the MINISPACER's gear with the dose-counter. When correctly aligned, the canister's number dial will be visible through the MINISPACER window.
3. Coordinate MDI actuation with the beginning of inspiration.
- CAUTION : Support the MINISPACER adapter while depressing the canister.
4. Administer the dose as ordered.
5. After medication has been delivered as prescribed, remove the pMDI canister and firmly cap the MINISPACER port.
6. Monitor the patient response.

NOTE : Discard the MINISPACER adapter when replacing the circuit according to facility guidelines, not to exceed two weeks.

WARNING : Do not clean and reuse or sterilize. Potential risks associated with cleaning and reusing, reprocessing and/or sterilization include: cross-contamination or infection resulting from inadequate cleaning, product degradation, and/or failure of the device to perform as intended.

Symbol Glossary

	Manufacturer		Consult instructions for use
	Use by Date		Authorized representative in the European Community
	Batch code/lot number	Rx Only	Prescription only. U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or properly licensed practitioner.
	CE Mark		Do Not Reuse
	Catalog, reorder or reference number		Caution. The symbol can also be used to mean Attention, see Instructions for Use.

Thayer Medical Corporation
4575 S. Palo Verde Rd.
Tucson, AZ 85714-1961 USA
www.thayermedical.com
Made in USA

0482
 MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

español**MiniSpacer® Adaptador de inhalador de dosis medidas**

Con actuador incrementador de contador
Nebulizador bidireccional y tapa
Conexiones ISO de 15 mm de D.E. / 15 mm de D.I.

INDICACIONES DE USO

El modelo número 1543A es un dispositivo desechable de uso en un solo paciente para la dispensación de medicamento mediante inhalador presurizado de dosis medidas (pMDI) en un circuito de respiración, de la forma prescrita por un médico u otro profesional sanitario cualificado. El dispositivo está indicado para pacientes conectados a un circuito de respiración, a quienes se ha prescrito medicamento mediante nebulización, en áreas de cuidados críticos a corto y largo plazo. REF 1543A ha sido desarrollado para usar solo en una conexión de 15 mm.

INSTRUCCIONES DE USO

Instalar el adaptador MINISPACER en el circuito del paciente

1. Sacar el adaptador MINISPACER del envase.
2. Instalar el dispositivo MINISPACER en el circuito del paciente de la forma aquí indicada o de acuerdo con las normas del centro:
 - Para un circuito de 22 mm, instalar el MINISPACER entre la pieza Y del paciente y el tubo endotraqueal.
 - Para un circuito de 15 mm, instalar el MINISPACER entre la pieza Y del paciente y el lado inspiratorio del circuito del paciente.

ATENCIÓN : Asegurar que el dispositivo se ajusta firmemente antes de usar.

OBSERVACIÓN : Si está correctamente instalado, el puerto MDI del MINISPACER estará en posición vertical y el cartucho pMDI mirará hacia abajo durante el tratamiento.

3. Colocar la tapa firmemente en el puerto del MINISPACER.

Administrar el medicamento MDI con el adaptador MINISPACER

1. Retirar la tapa del puerto MDI del MINISPACER
2. Insertar el vástago del cartucho MDI en el puerto del MINISPACER.
- OBSERVACIÓN : Si el vástago del cartucho cuenta con un mecanismo de recuento de dosis en la punta, alinear el equipo MINISPACER con el contador de dosis. Si está correctamente alineado, el dial con el número de cartucho será visible a través de la ventana del MINISPACER.
3. Hacer que la actuación del MDI coincida con el inicio de la inspiración.

ATENCIÓN : Sostener el adaptador MINISPACER cuando se presiona el cartucho.

4. Administrar la dosis indicada.
5. Tras administrar el medicamento de la forma prescrita, retirar el cartucho pMDI y colocar firmemente la tapa en el puerto del MINISPACER
6. Monitorizar la respuesta del paciente.

OBSERVACIÓN : Desechar el adaptador MINISPACER cuando se reemplaza el circuito de acuerdo con las normas del centro, a más tardar en las dos semanas siguientes.

ADVERTENCIA : No limpiar ni reutilizar o esterilizar. Los potenciales riesgos asociados a la limpieza y reutilización, el reprocessamiento y/o la esterilización incluyen: contaminación cruzada o infección como consecuencia de una limpieza inadecuada, degradación del producto y/o fallo del dispositivo para funcionar de la forma prevista.

Símbolo Glosario

	Fabricante		Consultar las instrucciones de uso
	Fecha de caducidad		Representante autorizado en la Unión Europea
	Código de lote	Rx Only	Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
	Marca CE		No Reutilizar
	Número de referencia, de pedido o de catálogo		Precaución. Atención, ver Instrucciones de uso

No Ref Descripción

- | | |
|--|---|
| | 1543A MiniSpacer® Adaptador de inhalador de dosis medidas con nebulizador dual, 15 mm D.E. / D.I. |
|--|---|

française**MiniSpacer® Adaptateur à double pulvérisation pour inhalateur-doseur**

Avec actionneur d'incrémentation à compteur
Pulvérisation bidirectionnelle et bouchon
Raccords ISO 15 mm DE / 15 mm DI

INDICATIONS D'UTILISATION

Le modèle no 1543A est un dispositif jetable à usage unique, conçu pour l'administration de médicaments par inhalateur-doseur pressurisé (pMDI) dans un circuit respiratoire, conformément à la prescription d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé agréé. Le dispositif est indiqué pour des patients raccordés à un circuit respiratoire, auxquels l'administration d'un médicament en aérosols a été prescrite, dans des environnements de soins critiques à court terme et à long terme. Le modèle no 1543A doit uniquement être utilisé sur un raccord de 15 mm.

MODE D'EMPLOI**Installation de l'adaptateur MINISPACER dans le circuit du patient**

1. Sortir l'adaptateur MINISPACER de l'emballage.
2. Installer le dispositif MINISPACER dans le circuit du patient en suivant les instructions ci-dessous ou conformément aux directives qui s'appliquent dans l'établissement:
 - Pour un circuit de 22 mm, installer le MINISPACER entre la pièce Y du patient et la sonde endotrachéale.
 - Pour un circuit de 15 mm, installer le MINISPACER entre la pièce Y du patient et le bras inspiratoire du circuit du patient.

ATTENTION : Avant d'utiliser le dispositif, s'assurer qu'il a été installé de façon solide.

REMARQUE : Quand le dispositif a été installé correctement, l'orifice MDI du MINISPACER est vertical et le réservoir du pMDI est orienté vers le bas durant le traitement.

3. Mettre le bouchon fermement en place sur l'orifice du MINISPACER.

Administration d'un médicament par MDI via l'adaptateur MINISPACER

1. Retirer le bouchon de l'orifice MDI du MINISPACER.
2. Insérer la tige du réservoir du MDI dans l'orifice du MINISPACER.
3. Faire coïncider le déclenchement du MDI avec le début de l'inspiration.

REMARQUE : Si la tige du réservoir est équipée d'un mécanisme de comptage de doses situé à la pointe, aligner le mécanisme du MINISPACER sur le compteur de doses. Quand l'alignement est correct, le cadre du réservoir est visible à travers la fenêtre du MINISPACER.

ATTENTION : Soutenir l'adaptateur MINISPACER tout en appuyant sur le réservoir.

4. Administre la dose conformément aux instructions.
5. Après avoir administé le médicament comme il a été prescrit, enlever le réservoir du pMDI et mettre le bouchon fermement en place sur l'orifice du MINISPACER.
6. Surveiller la réponse du patient.

REMARQUE : Jeter l'adaptateur MINISPACER quand le circuit est remplacé conformément aux directives de l'établissement, après une période qui ne doit pas dépasser deux semaines.

AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer et réutiliser ni stériliser. Les risques potentiels associés au nettoyage et à la réutilisation, au retraitement et/ou à la stérilisation comprennent : une contamination croisée ou une infection résultant d'un nettoyage insuffisant, une dégradation du produit, et/ou l'incapacité du dispositif à fonctionner comme prévu.

Symbole Glossaire

	Fabricant		Consulter le mode d'emploi
	Date limite d'utilisation		Mandataire dans la Communauté européenne
	Code de lot	Rx Only	En vertu de la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
	Marque CE		Ne pas réutiliser
	Numéro de catalogue		Mise en garde. Attention, consulter le mode d'emploi

No de réf Description

- | | |
|--|---|
| | 1543A MiniSpacer® Adaptateur à double pulvérisation pour inhalateur-doseur, 15 mm DE / DI |
|--|---|

italiano**MiniSpacer® Adattatore dual-spray per aerosol predosato pressurizzato**

Con attuatore per conteggio incrementale delle dosi
Sistema di erogazione spray bidirezionale, con tappo
Connessioni ISO 15 mm D.E. (diametro esterno) / 15 mm D.I. (diametro interno)

INDICAZIONI PER L'USO

Il modello numero 1543A è un dispositivo monouso per singolo paziente, destinato al rilascio di aerosol predosati pressurizzati (pMDI) all'interno di un circuito respiratorio secondo le prescrizioni fornite da un medico o da altro professionista sanitario autorizzato. Il dispositivo è indicato per i pazienti ventilati con circuito respiratorio per i quali è stata prescritta la somministrazione di farmaci in aerosol, in ambienti di terapia intensiva a breve e a lungo termine. Il modello 1543A deve essere utilizzato esclusivamente in connessione con raccordi da 15 mm.

ISTRUZIONI PER L'USO**Installazione dell'adattatore MINISPACER nel circuito respiratorio del paziente**

1. Rimuovere l'adattatore MINISPACER dall'imballaggio.
2. Installare il dispositivo MINISPACER nel circuito del paziente come indicato di seguito o secondo le linee guida della struttura in cui si opera:
 - Per circuiti da 22 mm, installare MINISPACER tra il raccordo a Y del paziente e il tubo endotracheale.
 - Per circuiti da 15 mm, installare MINISPACER tra il raccordo a Y del paziente e il braccio inspiratorio del circuito del paziente.

ATTENZIONE : Prima dell'uso, accertarsi che il dispositivo sia installato saldamente.

NOTA : se installato correttamente, durante il trattamento la porta MDI di MINISPACER dovrà essere in posizione verticale e il filtro pMDI dovrà essere rivolto verso il basso.

3. Chiudere saldamente con il tappo la porta di MINISPACER.

Somministrazione dell'aerosol MDI attraverso l'adattatore MINISPACER.

1. Rimuovere il tappo dalla porta MDI di MINISPACER.

2. Inserire lo stelo del filtro MDI nella porta di MINISPACER

NOTA : se lo stelo del filtro è dotato di un meccanismo di conteggio delle dosi in corrispondenza della punta, allineare l'ingranaggio di MINISPACER con il dispositivo di dosaggio. Se correttamente allineato, il quadrante numerico del filtro sarà visibile attraverso la finestra di MINISPACER.

3. Coordinare la somministrazione dell'aerosol MDI con l'inizio dell'inspirazione.

ATTENZIONE : sostenere l'adattatore MINISPACER mentre si preme il filtro.

4. Somministrazione della dose secondo quanto prescritto.

5. Dopo aver somministrato l'aerosol secondo le prescrizioni, rimuovere il filtro pMDI e chiudere saldamente con il tappo la porta di MINISPACER

MiniSpacer® Dual-Spray Adapter für Dosieraerosole

Mit Auslöser mit Dosiszähler
Bidirektionales Spray und Verschlusskappe
15 mm AD / 15 mm ID. ISO-Anschlüsse

ANWENDUNGSANLEITUNG

Bei Modell Nummer 1543A handelt es sich um eine Einwegvorrichtung für einen Einzelpatienten zur Freisetzung von Arzneimitteln aus einem unter Druck stehenden Dosieraerosol (pMDI) in ein Beatmungskreissystem nach Verordnung durch einen Arzt oder eine andere zugelassene medizinische Fachperson. Die Vorrichtung ist für Patienten an Beatmungskreis-systemen, denen das Aerosol-Arzneimittel verordnet worden ist, in Critical-Care-Einrichtungen für die Kurz- und Langzeitversorgung bestimmt. REF 1543A ist nur für die Anwendung in Verbindung mit einem 15-mm-Anschluss bestimmt.

ANWENDUNGSANLEITUNG**Installieren des MINISPACER Adapters im Patienten-Kreissystem**

1. MINISPACER Adapter auspacken.
2. Den MINISPACER wie hier angegeben oder nach den Leitlinien der Einrichtung im Patienten-Kreissystem installieren:
 - Bei einem 22-mm-Kreissystem den MINISPACER zwischen dem Patienten-YStück und dem Endotrachealschlauch installieren.
 - Bei einem 15-mm-Kreissystem den MINISPACER zwischen dem Patienten-Y-Stück und dem inspiratorischen Schenkel des Patienten-Kreissystems installieren.

WICHTIGER HINWEIS : Vor Gebrauch sicherstellen, dass die Vorrichtung fest installiert ist.

HINWEIS : Fachgerecht installiert, ist der MINISPACER Dosieraerosol-Konnektor während der Behandlung vertikal ausgerichtet und der pMDI-Behälter zeigt nach unten.

3. Den MINISPACER Konnektor fest mit der Verschlusskappe verschließen.

Verabreichung des Dosieraerosol-Arzneimittels über den MINISPACER Adapter

1. Verschlusskappe vom MINISPACER Dosieraerosol-Konnektor entfernen.
2. Den Stutzen des Dosieraerosol-Behälters in den MINISPACER Konnektor einführen.
3. Die Aktivierung des Dosieraerosols so koordinieren, dass sie zeitgleich zum Beginn der Inspiration stattfindet.
4. Die Dosis verordnungsgemäß verabreichen.
5. Nach verordnungsgemäßer Verabreichung des Arzneimittels den pMDI-Behälter entfernen und den MINISPACER Konnektor wieder fest mit der Verschlusskappe verschließen.
6. Die Reaktion des Patienten überwachen.

HINWEIS: Den MINISPACER Adapter beim Wechseln des Kreissystems entsprechend den Leitlinien der Einrichtung, aber spätestens nach zwei Wochen, entsorgen.

WARNHINWEIS: Nicht reinigen und wiederverwenden oder sterilisieren. Reinigung und Wiederverwendung, Aufbereitung und/oder Sterilisation beinhalten folgende mögliche Risiken: Kreuzkontamination oder Infektion infolge von ungenügender Reinigung, Produktabbau und/oder Versagen der bestimmungsgemäßen Funktion der Vorrichtung.

Symbol Glossar

	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Chargenbezeichnung
	In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. o. u. prescrizione medica
	Katalog-, Bestell- oder Referenz-Teilenummer

	Gebrauchsanleitung beachten
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. o. u. prescrizione medica
	Vorsicht. Dieses Symbol kann auch für „Achtung“ stehen (siehe Gebrauchsanleitung).

Art. Nr. Beschreibung

REF 1543A MiniSpacer® Adapter für Dosieraerosole
15 mm AD /ID Anschlüsse

MiniSpacer® Dual-Spray Dosaërosol Adapter

Bidirectioneel sprayen en afsluiten
15 mm (buitendiameter) / 15 mm (binnendiameter), ISO-verbindingen

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Modelnummer 1543A is een wegwerphulpmiddel voor één patiënt voor de afgifte van dosis-aerosolmedicatie (pMDI-medicatie) in een beademingscircuit, zoals voorgeschreven door een arts of een andere bevoegde medische beroepsbeoefenaar. Het hulpmiddel is geïndiceerd voor patiënten die op een beademingscircuit zijn aangesloten, aerosolmedicatie voor-geschreven hebben gekregen en kort- of langdurig op een intensivecareafdeling verblijven. REF 1543A mag uitsluitend worden gebruikt indien aangesloten op een fitting van 15 mm.

GEBRUIKSAANWIJZING**Plaatsen van de MINISPACER adapter in het circuit van de patiënt**

1. Haal de MINISPACER adapter uit de verpakking.
2. Plaats het MINISPACER hulpmiddel in het circuit van de patiënt zoals hier aangegeven of volgens de lokale richtlijnen.
 - Plaats bij een circuit van 22 mm de MINISPACER tussen het Y-stuk van de patiënt en de endotracheale tube.
 - Plaats bij een circuit van 15 mm de MINISPACER tussen het Y-stuk van de patiënt en het inhalatiegedeelte van het circuit van de patiënt.

LET OP : Zorg ervoor dat het hulpmiddel vóór gebruik goed is geplaatst.

OPMERKING : Als het hulpmiddel correct is geplaatst, staat de MINISPACERhouder van de MDI rechtop en wijst de pMDI-verstuiver naar beneden tijdens de behandeling.

3. Plaats het kapje stevig op de MINISPACER houder.**Toedienen van MDI-medicatie via de MINISPACER adapter**

1. Haal het kapje van de MINISPACER houder van de MDI.
2. Plaats de schacht van de MDI-verstuiver in de MINISPACER houder.

OPMERKING : Als de schacht van de verstuiver is voorzien van een dosistellermechanisme in de tip, breng dan het mechanisme van de MINISPACER in positie ten opzichte van de dosisteller. In de correcte positie is het nummerplaatje van de verstuiver zichtbaar door het venster van de MINISPACER.

3. Stel de MDI in werking bij aanvang van de inhalatie.

LET OP : Ondersteun de MINISPACER adapter bij het indrukken van de verstuiver.

4. Dien de voorgeschreven dosis toe.
5. Verwijder, nadat de medicatie is toegediend zoals voorgeschreven, de pMDI-verstuiver en plaats het kapje stevig op de MINISPACER houder.
6. Controleer hoe de patiënt reageert.

OPMERKING : Gooi de MINISPACER adapter weg wanneer het circuit wordt vervangen volgens de lokale richtlijnen, na maximaal 2 weken.

WAARSCHUWING : Niet reinigen en hergebruiken of steriliseren. Potentiële risico's in verband met het reinigen en hergebruiken, opnieuw verwerken en/of steriliseren kunnen onder meer bestaan uit: kruisbesmetting of infectie als gevolg van inadequate reiniging, kwaliteitsvermindering van het product en/of falen van de bedoelde werking van het hulpmiddel.

Symbol Woordenlijst

	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Krachtens de federale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht. Verschrijving gegeven worden. o. u. prescrizione medica
	Fine Particles (1,1 - 4,7 µm)
	Niet hergebruiken

Artikelnr.	Omschrijving
REF 1543A	MiniSpacer® Adapter für Dosieraerosole 15 mm (buitendiameter) / 15 mm (binnendiameter)

Table 1 – MINISPACER Adapter Particle Size and Dosing Characteristics

Tabla 1 – Características del tamaño de las partículas y de la dosificación del adaptador MINISPACER
Tableau 1 – Caractéristiques de l'adaptateur MINISPACER – Taille des particules et dosage

Tabella 1 – Dimensione delle particelle e caratteristiche di dosaggio dell'adattatore MINISPACER
Tabelle 1 – MINISPACER Adapter: Partikelgröße und Dosiereigenschaften
Tabel 1 – Deeltjesgrootte- en toedieningskenmerken van de MINISPACER adapter

The MINISPACER dual-spray adapter was evaluated for particle size and dosing characteristics using an 8 stage cascade impactor. The MINISPACER was connected to the cascade impactor with ventilator tubing, yoke and an endotracheal (ET) tube as they would be used in a ventilator circuit. Air was drawn through the assembly at a flow rate of 28.3 l/min. The aerosol samples exited the ET tube into the cascade impactor and comprised the Total Delivered Dose.

El adaptador MINISPACER con nebulizador dual fue evaluado en cuanto a las características del tamaño de las partículas y de la dosificación utilizando un impactador en cascada de 8 etapas. El MINISPACER fue conectado al impactador en cascada con el tubo del ventilador, la pieza Y y el tubo endotraqueal (ET) de la forma en que se utilizarían en un circuito de ventilación. El aire fue extraído a través del circuito a una velocidad de flujo de 28.3 l/min. Las muestras del nebulizador abandonaron el tubo ET para entrar en el impactador en cascada y constituyan la Dosis Total Administrada.

L'adaptateur à double pulvérisation MINISPACER a été évalué en utilisant un impacteur en cascade à 8 étages pour déterminer ses caractéristiques (taille des particules et dosage). Le MINISPACER a été raccordé à l'impacteur en cascade, la tubulure de ventilateur, la pièce Y et la sonde endotrachéale (ET) étant configurées comme pour un circuit d'aspiration. On a fait passer de l'air à travers l'assemblage par aspiration à un débit de 28.3 l/min. Les échantillons d'aérosols sortant de la sonde ET ont pénétré dans l'impacteur en cascade, représentant la dose administrée totale.

La dimensione delle particelle e le caratteristiche di dosaggio dell'adattatore dual-spray MINISPACER sono state valutate utilizzando un impattore a cascata a 8 stadi. MINISPACER è stato collegato all'impattore a cascata attraverso i tubi di ventilazione, il raccordo a Y e il tubo endotracheale (ET) nello stesso modo adoperato per un circuito di ventilazione. L'aria è stata convogliata attraverso il sistema con una velocità di flusso pari a 28.3 l/min. I campioni di aerosol in uscita dal tubo ET verso l'impattore a cascata costituivano la dose totale rilasciata.

Der MINISPACER Dual-Spray Adapter wurde hinsichtlich der Partikelgröße und der Dosiereigenschaften mit einem 8-stufigen Impaktor geprüft. Der MINISPACER wurde mit einem Y-Stück und einem Endotrachealschlauch (ET-Schlauch), wie sie auch in einem Beatmungskreis verwendet werden würden, an den mehrstufigen Impaktor angeschlossen. Mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 28,3 l/min. wurde Luft durch die Anordnung gesaugt. Die Aerosol-Proben verließen den ET-Schlauch in den mehrstufigen Impaktor und bildeten die verabreichte Gesamtdosis.

De deeltjesgrootte- en toedieningskenmerken van de MINISPACER dual-spray adapter werden beoordeeld met een achtraps-cascade-impactor. De MINISPACER werd aangesloten op de cascade-impactor met beademingsslang, een Y-Stück en een endotracheale (ET) tube zoals deze zouden worden gebruikt in een beademingscircuit. Door de opstelling werd lucht gevoerd met een stroomsnelheid van 28,3 l/min. De aerosolmonsters kwamen vanuit de ET tube in de cascade-impactor en omvatten de totale toedieningsdosis.

Drug Tested ³	REF 1543A – Installed between the yoke and ET tube of a 22 mm circuit ¹			REF 1543A – Installed at the yoke in the inspiratory limb of a 15 mm circuit ²		
	Ventolin** HFA	Atrovent** HFA	QVAR** 80	Ventolin** HFA	Atrovent** HFA	QVAR** 80
Labeled Metered Dose per Actuation (µg from valve)	120	21	100	120	21	100
Dosis medida etiquetada por actuación (µg de válvula) Indiqué comme inhalateur-doseur par déclenchement (µg proveniente de la valve) Dose predefinida por somministrazione indicata in etichetta (µg dalla valvola) Ausgewiesene Dosiermenge pro Aktivierung (µg aus Ventil) Op etiket vermelde dosis per inwerkstelling (µg vanuit ventiel)						
Particle Size (MMAD) µm ± SD ⁴ range of measurements ⁵	2.26 +/- 0.07 2.18 - 2.32	0.81 +/- 0.10 0.75 - 0.93	0.90 +/- 0.02 0.89 - 0.93	2.31 +/- 0.05 2.28 - 2.37	0.89 +/- 0.06 0.85 - 0.96	0.98 +/- 0.05 0.92 - 1.03
Geometric Standard Deviation µm ± SD range of measurements	1.56 +/- 0.05 1.51 - 1.61	1.93 +/- 0.11 1.80 - 2.01	1.70 +/- 0.01 1.69 - 1.71	1.55 +/- 0.04 1.53 - 1.60	1.88 +/- 0.14 1.76 - 2.03	1.73 +/- 0.03 1.70 - 1.76
Total Dose Delivered µm ± SD range of measurements	17.5 +/- 4.2 13.8 - 22.0	1.46 +/- 0.29 1.23 - 1.78	14.4 +/- 1.0 13.3 - 15.3	22.3 +/- 1.9 20.2 - 24.0	1.63 +/- 0.42 1.28 - 2.10	14.6 +/- 1.5 13.0 - 16.1
Total Respirable Dose (< 5.8 µm) µg ± SD range of measurements	16.7 +/- 4.0 13.2 - 21.0	1.44 +/- 0.31 1.19 - 1.79	14.4 +/- 1.0 13.3 - 15.3	21.3 +/- 1.9 19.2 - 23.0	1.57 +/- 0.37 1.25 - 1.96	14.6 +/- 1.5 13.0 - 16.1
Respirable Fraction (< 5.8 µm) % of valve label mean ± SD range of measurements	13.9 +/- 3.3 11.0 - 17.5	6.86 +/- 1.47 5.65 - 8.50	14.4 +/- 1.0 13.3 - 15.3	17.8 +/- 1.6 16.0 - 19.2	7.47 +/- 1.74 5.94 - 9.35	14.6 +/- 1.5 13.0 - 16.1
Mass Fraction of Total Delivered Dose	Coarse Particles (> 4.7					